

Prüfprotokoll für mamivac® SENSITIVE-C + mamivac® Sensitive-CFH

Seriennummer der Milchpumpe:.....

Datum	Anzeige Prüfeinheit	i.O.	Nicht i.O.	mamivac® Prüfeinheit	Prüfer
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	
	-33 kPa (± 3kPa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REF 2899120	

D Bei der Aufbereitung von elektrischen mamivac® Milchpumpen für einen Wieder-Einsatz bei Patientenwechsel sind die Herstellerrichtlinien zu beachten.

Weitere wichtige technische Informationen sowie diesen Vordruck erhalten Sie unter www.kaweco.de.

Werden erforderliche Werte nicht erreicht, bitte umgehend Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.